

Collageen crosslaps

Beschrijving van de test

Naam:	Collageen crosslaps
Synoniemen:	Beta-CrossLaps; Beta-CTX; Carboxy-terminal collagen crosslinks; C-telopeptide
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Uitzonderlijk op urine
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Gekoeld

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	Merker van botresorptie

Eenheid: ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 542916 - 542920 B 400 Doseran van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel [78](#)) (Diagnoseregel [71](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.