

## Envoplakine antistoffen

### Beschrijving van de test

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Naam:                      | Envoplakine antistoffen      |
| Synoniemen:                | Anti-envoplakine, ENVOPL     |
| Aanvraag code:             | 25294                        |
| Frequentie:                | 1x om de 4 weken             |
| Uitvoerend labo:           | Universitair Ziekenhuis Gent |
| TAT:                       | 5 weken                      |
| 24u/24u:                   | nee                          |
| Verantwoordelijke bioloog: | prof. dr. Martine Vercammen  |

### Afname van het materiaal

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Afname:            | Serum      |
| Volume:            | 150 µL     |
| Transportconditie: | Ingevroren |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |  |
|--------------|--|
| Acceptatie:  | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.<br>Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C<br>AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.             |

### Analyse

|                 |   |
|-----------------|---|
| Analysemethode: | Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) |
| Deelname EKE:   | nee                                       |
| Eenheid:        | ratio                                     |

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel [151](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

---

545893 - 545904 B 600 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 2) (Diagnoseregel [152](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 19.08

## Laatst gewijzigd op

04-03-2025