

Geïoniseerd calcium

Beschrijving van de test

Naam:	Geïoniseerd calcium
Aanvraag code:	91105
Loinc:	1994-3
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Volume:	150 µL
---------	--------

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	ontluchte bloedgaspuit binnen 15 min na afname
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

Analysemethode:	directe potentiometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano bloedgassen, EQAS blood gas
Eenheid:	mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.15-1.33 mmol/L	1.15-1.33 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540212 - 540223 B 80 Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om #(Maximum 1) (Cumulregel [12](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

21-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.