

pO2 capillair

Beschrijving van de test

Naam:	pO2 capillair
Aanvraag code:	91105
Loinc:	2704-5
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Capillair bloed
Volume:	65 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	capillair gevuld zonder luchtbelletjes
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

Analysemethode:	Amperometrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano bloedgas, EQAS blood gas
Eenheid:	mm Hg

Laatst gewijzigd op

21-01-2026

