

Chloride (POCT)

Beschrijving van de test

Naam:	Chloride (POCT)
Aanvraag code:	91105
Loinc:	32307-1
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Volume:	150 μ L
---------	-------------

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	ontluchte bloedgaspuit binnen 15 min na afname
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

Analysemethode:	directe potentiometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Eenheid:	mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	98-107 mmol/L	98-107 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540256 - 540260 B 60 Doseran van chloriden #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

21-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.