Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Steriliteitscontrole cornea

Beschrijving van de test

Naam:	Steriliteitscontrole cornea
Aanvraag code:	M_STE_AER
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	88142-5
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	1 maand
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Bewaarmilieu corneagreffe
Volume:	Volledige recipiënt

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogeiljk dan wordt het gekoeld bewaard.

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interpretatie:	Er wordt 1ml van het bewaarmilieu overgebracht in een aanrijkingsmilieu voor de detectie van zowel aërobe, anaërobe kiemen, gisten en schimmels. Bij een positieve controle wordt de arts hiervan steeds telefonisch op de hoogte gebracht.

Laatst gewijzigd op

19-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.