Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# INR alternatief

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | INR alternatief |
| Aanvraag code: | INR |
| Frequentie: | dagelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 uur |
| TAT Dringend: | 45 min |
| 24u/24u: | ja |
| Accreditatie: | ISO 15189:2022 (379-MED) |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Jan Emmerechts |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Citraat |
| Toegelaten recipiënt: | Citraat |
| Volume: | 1 mL bloed of 500µL plasma (citraatbuizen echter steeds volledig vullen bij afname) |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 7 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag:

- 7 uur indien bewaard op KT° of frigo
- tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

## Analyse

Analysemethode:

Automatische (optische) meting op ACL Top (Werfen) of
manuele (mechanische) meting op STart Max (Stago).

| | |
|---|---|
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Ja |
| Interferentie: | Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij de standaard automatische optische aflezing van de stollingstijd. In dit geval wordt een alternatieve manuele methode gebruikt waarbij de stoltijd mechanisch wordt bepaald, met echter een grotere variabiliteit op het resultaat. |
| Interpretatie: | Zie labogids voor PT. |
| Eenheid: | INR |

## Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| | Ref: 0.8-1.2<br>VKA: 2.0-3.0<br>VKA, mech. klep: 2.5-3.5 INR | Ref: 0.8-1.2<br>VKA: 2.0-3.0<br>VKA, mech. klep: 2.5-3.5 INR |

## Laatst gewijzigd op

07-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.