Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Quantra visco-elasticiteit

Beschrijving van de test

Naam:	Quantra visco-elasticiteit
Synoniemen:	ROTEM, TEG, TEM
Aanvraag code:	Geen (POCT-test)
Frequentie:	dagelijks
TAT:	1 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	3,5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 3 uur (het is aanbevolen het monster binnen 15 minuten te analyseren om de kwaliteit van het monster te optimaliseren)
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: Niet mogelijk (citraatbuis mag niet gecentrifugeerd zijn)

Analyse

Analysemethode:	Visco-elastische meting a.d.h.v. sonorheometrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	

De quantra meet hemostaseparameters in volbloed en geeft derhalve een indicatie over zowel bloedplaatjesfunctie (primaire hemostase) als stollingsfactoren (secundaire hemostase). Ook het effect van heparine wordt gemeten.

Laatst gewijzigd op

19-09-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.