Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

CD4-CD8- (T-dubbelnegatief)

Beschrijving van de test

Naam:	CD4-CD8- (T-dubbelnegatief)
Aanvraag code:	16006
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	CSV
Toegelaten materiaal:	Beenmerg, vocht, weefsel (opgelet: referentiewaarden enkel van toepassing op perifeer bloed)
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- Periode bloedafname - staalontvangst 72u
- Patiëntenlabel aanwezig
- In recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	CD4CD8 dubbel positieve T-lymfocyten komen onder normale omstandigheden amper voor in het perifeer bloed. Verhoogde waarden kunnen wijzen op inflammatoire of maligne aandoeningen.
Eenheid:	%

Laatst gewijzigd op

23-09-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.