

Bicarbonaat (POCT) capillair

Beschrijving van de test

Naam:	Bicarbonaat (POCT) capillair
Loinc:	1961-2
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Capillair bloed
Volume:	100 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	capillair gevuld zonder luchtballen
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano bloedgassen, EQAS blood gas
Eenheid:	mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO ₂ - en O ₂ -drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base
---------------	---

evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel [333](#), [334](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.