

Detectie RSV

Beschrijving van de test

Naam:	Detectie RSV
Aanvraag code:	RSV
Frequentie:	24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 dagen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 uur
TAT Dringend:	30 min
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Nasopharyngeaal aspiraats
Toegelaten materiaal:	Nasopharyngeale of pernasale wisser droog of geëluëerd in viraal transport medium, nasale wash, sputum
Toegelaten recipiënt:	Tube met schroefdop, UTM met wissers
Volume:	250 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	Isotherme amplificatie
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Erg bloederige of visceuze stalen kunnen interferentie geven, met vals-positiviteit als gevolg.

Optimale uitvoering van de test is afhankelijk van een goede monstercollectie met voldoende humane cellen.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

18-07-2025