

Normoblasten

Beschrijving van de test

Naam:	Normoblasten
Aanvraag code:	11004
Loinc:	19048-8
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	6 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	ja
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL bloed
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - analyse 24u • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk in functie van beschikbaarheid resultaat WBC-telling en uitstrijkje uitgevoerd op vers materiaal)

Analyse

Analysemethode:	Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.
-----------------	---

IVDR status:CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Eenheid:/100 WBC

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
3 d	0-8 /100 WBC	0-8 /100 WBC
3 d - 30 d	0 /100 WBC	0 /100 WBC
30 d - 60 d	0 /100 WBC	0 /100 WBC
60 d - 180 d	0 /100 WBC	0 /100 WBC
180 d - 2 jaar	0 /100 WBC	0 /100 WBC
2 jaar - 6 jaar	0 /100 WBC	0 /100 WBC
6 jaar - 12 jaar	0 /100 WBC	0 /100 WBC
12 jaar - 18 jaar	0 /100 WBC	0 /100 WBC
> 18 jaar	0 /100 WBC	0 /100 WBC

Laatst gewijzigd op

19-06-2024
station

Glims system