

Ureum

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Naam: | Ureum |
| Synoniemen: | Ureum, urea |
| Aanvraag code: | 21830 |
| Loinc: | 63481-6 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 uren |
| TAT Dringend: | 1 uur |
| 24u/24u: | Ja |
| Accreditatie: | ISO 15189:2022 (379-MED) |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Timothy Vanwynsberghe |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Afname: | Urinecollectie |
| Toegelaten recipiënt: | Urineverzamel fles 3L |
| Volume: | Volledige 24 uur collectie |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|-------------|---|
| Acceptatie: | AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia |
|-------------|---|

Analyse

| | |
|-----------------|---|
| Analysemethode: | Colorimetrie (kinetische methode) |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | BIO-RAD EQAS - Urine chemistry |
| Interferentie: | Bacteriële groei in het urinestaal kan vals verhoogde ureumwaarden veroorzaken. |
| Eenheid: | mg/dL |

Tarificatie

Nomenclatuur: 543771 - 543782 B 50 Doseran van ureum #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.