

## NAT HBV

### Beschrijving van de test

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Naam:                         | NAT HBV              |
| Loinc:                        | 29610-3              |
| Frequentie:                   | 1x/Week              |
| Uitvoerend labo:              | AZ Sint Jan          |
| TAT:                          | 7d                   |
| TAT Dringend:                 | 8u                   |
| 24u/24u:                      | Neen                 |
| Verantwoordelijke<br>bioloog: | Dr. Marijke Reynders |

### Afname van het materiaal

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Afname:               | EDTA (grote buis) |
| Toegelaten materiaal: | Serum             |
| Transportconditie:    | Ingevroren        |
| Bewaarconditie:       | Diepvries         |

### Analyse

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Real-time PCR op Cobas6800 (Roche)                 |
| IVDR status:    | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE:   | QCMD                                               |

### Tarificatie buiten nomenclatuur

|                |       |
|----------------|-------|
| Prijs in euro: | 53.00 |
|----------------|-------|

### Laatst gewijzigd op

04-03-2025  
station

Glims system

