Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# HbA1c

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | HbA1c |
| Synoniemen: | Hemoglobine A1c |
| Aanvraag code: | 21320 |
| Loinc: | 4548-4 |
| Frequentie: | Dagelijks op weekdagen |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 3 dagen |
| 24u/24u: | nee |
| Accreditatie: | ISO 15189:2022 (379-MED) |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | EDTA |
| Toegelaten recipiënt: | EDTA tube, heparine capillair |
| Volume: | 2,7 mL |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 3 dagen na afname. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | HPLC Arkray Adams HA8180T. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Ja |
| Interferentie: | Mogelijke interferentie met hemoglobinevarianten |

| | |
|---|---|
| Interpretatie: | Resultaat wordt gerapporteerd in % (DCCT eenheid) en mmol/mol (IFCC eenheid). Concentratie reflecteert de glycemie in de laatste 2 à 3 maanden (bij normale RBC turnover). Streefwaarde is 53 mmol/mol (7%) bij behandeling om het risico op diabetes gerelateerde complicaties te reduceren. |
| Eenheid: | % |

### Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| | 4-6 % | 4-6 % |

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 540750 - 540761 B 250 Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat #(Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 56) Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Tarificatie buiten nomenclatuur

| | |
|---|---|
| Prijs in euro: | 7.95 |

## Laatst gewijzigd op

04-03-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.