Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Basofielen

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Basofielen |
| Aanvraag code: | 11004 |
| Loinc: | 706-2 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 6 uur |
| TAT Dringend: | 2 uur |
| 24u/24u: | Ja |
| Accreditatie: | ISO 15189:2022 (379-MED) |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Sylvie Roggeman |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | EDTA |
| Volume: | 2,7 mL bloed |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - analyse 24u
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk in functie van beschikbaarheid resultaat WBC-telling en uitstrijkje uitgevoerd op vers materiaal)

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |

| | |
|---|---|
| Deelname EKE: | Ja |
| Interferentie: | Verkeerde resultaten kunnen o.a. optreden bij hypogranulaire granulocyten, agranulocytose, zeer hoge triglyceriden, aanwezigheid van normoblasten en cryoglobulines. |
| Interpretatie: | Basofielen vormen een subpopulatie van de WBC. Afwijkingen in aantal kunnen veroorzaakt worden door zowel inflammatoire, reactieve als maligne aandoeningen. |
| Eenheid: | % |

## Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| ? 14 d | 0-1 % | 0-1 % |
| 14 d-30 d | 0-1 % | 0-1 % |
| 30 d-60 d | 0-1 % | 0-1 % |
| 60 d-180 d | 0-1 % | 0-1 % |
| 180 d-2 jaar | 0-1 % | 0-1 % |
| 2 jaar-6 jaar | 0-1 % | 0-1 % |
| 6 jaar-12 jaar | 0-1 % | 0-1 % |
| 12 jaar-18 jaar | 0-1 % | 0-1 % |
| > 18 jaar | 0-1 % | 0-1 % |

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 127190 - 127201 B 80 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie #(Maximum 1) (Cumulregel 102) Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Laatst gewijzigd op

20-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.