Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

d71 Lepidoglyphus destructor IgE antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	d71 Lepidoglyphus destructor IgE antistoffen
Synoniemen:	Hooimijt, hooimijten
Aanvraag code:	IgE_d71
Loinc:	6160-6
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	Opsporen van de vermoedelijke oorzaak van allergie. De hoogte van de specifieke IgE titer tegen het allergeen correleert echter niet steeds met de ernst van de symptomen. Deze worden eerder bepaald door de hoogte van Totaal IgE.
Eenheid:	kU/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.1 kU/L	0.1 kU/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.