

Mycobacteriën kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Mycobacteriën kweek
Synoniemen:	Tuberculose (TBC), Niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM)
Frequentie:	Maandag tem vrijdag
TAT:	42 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Respiratoire stalen (ochtend sputum, bronchusaspiraats, BAL), nuchter maagsap, klierbiopt, weefselbiopt, ochtendurine, vochten, volbloed
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje met schroefdop, spuit
Volume:	- Ochtendsputum: 5-10 ml Om de gevoeligheid te verhogen worden 3 ochtendsputa op 3 verschillende dagen afgenomen met een minimum volume van 2,5 mL/afname. - Ochtendurine: 15 ml Ochtendurine op 3 verschillende dagen afgenomen heeft de grootste

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urines, vochten en varia
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Niet steriele monsters, zoals sputum en urine worden eerst gedecontamineerd met de 2% NaOH-NALC methode. Na
-----------------	---

concentratie van het monster worden zuurvaste bacillen opgespoord met de acridine oranje kleuring. Er worden vaste (LJ) en vloeibare media (MGIT) geënt om het staal in cultuur te brengen. Bij positieve cultuur volgt een nieuwe zuurvaste kleuring, eventueel een TBC sneltest, identificatie via Maldi of Nanopore sequencing en gevoeligheidsbepaling.

Deelname EKE: Instand

Interferentie: Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antituberculostatica staan.
Te weinig materiaal (dalen sensitiviteit analyse).

Interpretatie: De gevoeligheid van de acridinekleuring is ongeveer 10,000 CFU/ml.
Vloeibare bodems zijn veel gevoeliger en sneller in het opsporen van Mycobacteriën dan de vaste bodems. Elke MGIT of Löwensteinbuis waarin groei vastgesteld wordt, wordt verder in cultuur gebracht om nadien een gevoeligheidsbepaling op uit te voeren. Een positieve kweek bij een vloeibare of vaste bodem wijst niet noodzakelijk op de aanwezigheid van mycobacteriën maar moet via een antigeentest, kleuringen en kweek uitgesloten worden.

Laatst gewijzigd op

09-05-2025

Glims system