

KIT

Beschrijving van de test

Naam:	KIT
Aanvraag code:	56103
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen. Indien HIV-detectie noodzakelijk is in weekend: gelieve HIV-sneltest aan te vragen op urgentie-aanvraagformulier.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 uur - 3 dagen
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Nee, maar wél evenwaardig alternatief nl. een HIV-
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Deelname EKE:	Sciensano / NRL
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	De test detecteert niet alle geïnfecteerde personen. De test maakt geen onderscheid tussen p24 antigeen, anti-HIV1 en anti-HIV2 (combo-test). Daar vals-positieve resultaten mogelijk zijn, wordt elk positief of borderline monster van een niet-gekende patiënt doorgestuurd naar een aids-referentielabo ter confirmatie via immunoblotting en eventueel additionele moleculaire testen.

Laatst gewijzigd op

12-03-2025

Glims system