Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Opsporen Cryoglobuline

Beschrijving van de test

Naam:	Opsporen Cryoglobuline
Aanvraag code:	24848
Loinc:	2166-7
Frequentie:	dagelijks op weekdagen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	10 dagen (minimum 7 dagen voor het opsporen en minimum 8 uur voor de kwantificatie)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum (37°C)
Toegelaten recipiënt:	Droge tube (+ extra Li-heparine tube voor aantonen cryofibrinogeen)
Volume:	7,5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk na afname, verwarmd op 37°C naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Bijaanvraag niet mogelijk wegens strikte pre-analytische behandeling.

Analyse

Analysemethode:

- Visueel opsporen van precipitatie in het serum in gegradueerde tube in koelkast.

Deelname EKE:	Neen
Interferentie:	Het bloedstaal moet vanaf afname tot en met centrifugatie voortdurend op 37 °C gehouden worden. Zoniet kan dit

aanleiding geven tot vals negatieve resultaten.

Interpretatie:	Cryoglobuline positief indien precipitaat in gekoeld serum, die terug oplost na verwarmen tot 37°C. Indien enkel precipitatie in heparineplasma en niet in serum, dan vermoedelijk cryofibrinogeen.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Afwezig	Afwezig

Laatst gewijzigd op

23-04-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.