Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

CD19 aantal (B-cellen)

Beschrijving van de test

Naam:	CD19 aantal (B-cellen)
Aanvraag code:	16008
Loinc:	8116-6
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag) 72 uur (vrijdagnamiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA (kleine tube volstaat)
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - staalontvangst 72 uur • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	CD19 is een identificatiemerker van de B-lymfocyten
Eenheid:	/µL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 3 maand	300-2000 /µL	300-2000 /µL
3 maand-6 maand	430-3000 /µL	430-3000 /µL
6 maand-1 jaar	610-2600 /µL	610-2600 /µL
1 jaar-2 jaar	720-2600 /µL	720-2600 /µL
2 jaar-6 jaar	390-1400 /µL	390-1400 /µL
6 jaar-12 jaar	270-860 /µL	270-860 /µL
12 jaar-18 jaar	110-570 /µL	110-570 /µL
> 18 jaar	107-698 /µL	107-698 /µL

Laatst gewijzigd op

29-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.