Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

CD8 aantal (T-cytotoxisch)

Beschrijving van de test

Naam:	CD8 aantal (T-cytotoxisch)
Aanvraag code:	16006
Loinc:	14135-8
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag) 72 uur (vrijdagnamiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA (kleine tube volstaat)
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 72 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	CD8 is een identificatiemerker van de cytotoxische T-lymfocyten.
Eenheid:	/µL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 3 maand	560-1700 /µL	560-1700 /µL
3 maand-6 maand	590-1600 /µL	590-1600 /µL
6 maand-1 jaar	500-1700 /µL	500-1700 /µL
1 jaar-2 jaar	620-2000 /µL	620-2000 /µL
2 jaar-6 jaar	490-1300 /µL	490-1300 /µL
6 jaar-12 jaar	370-1100 /µL	370-1100 /µL
12 jaar-18 jaar	330-920 /µL	330-920 /µL
> 18 jaar	125-1312 /µL	125-1312 /µL

Laatst gewijzigd op

29-07-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.